

Kalibrační laboratoř Scanlab Praha**Dr. Marodyho 143, 196 00 Praha 9, tel.: 283 931 726, 777 931 801**

info@kalibracepipet.cz, www.kalibracepipet.cz

- Kalibrace podle ČSN EN ISO 8655-5/6
- Akreditovaný rozsah pipety 1μl – 10ml
- Akreditovaný rozsah dávkovače 10μl – 100ml

Datum:	
Jméno a příjmení (titul):	
Organizace:	
Adresa:	
Telefon:	
Email:	

Seznam pipet:

	Značka pipety	Výrobní číslo	Kalibrace s justováním ¹	Hodnocení dle ČSN EN ISO 8655-2/5 ²	Hodnocení kalibrace dle zákazníka: prosím vypište maximální systematickou a náhodnou chybu. ³	Kalibrační body dle vlastního výběru ⁴
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

– justování znamená nastavit pipetu na správný objem, 2 – hodnocení dle příslušné normy je poté uvedeno na kalibračním listu,

3 – hodnocení je uvedeno na kalibračním listu, s poznámkou, že posouzení shody se specifikací bylo provedeno dle hodnot, získaných od zákazníka. 4 – objemy, ve kterých chcete kalibraci provést (jinak se použijí objemy dle normy ČSN EN ISO 8655-2/5).

Prosím, pokračujte na další straně.....

Požadujete na kalibrační listy uvést další skutečnosti, jako je například umístění pipet, interní označení apod.? Prosím napište tyto informace to této tabulky:

--

Prohlašuji, že měřidla byla **dekontaminována** od biologických a chemických materiálů a že výše uvedené informace jsou pravdivé. V případě, že je ke svozu a odvozu pipet využívána třetí osoba, souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, a to pouze pro potřebu vyzvednutí nebo doručení pipet z kalibrace.

Podpis objednavatele: